

2020年12月18日

各連携施設

誤接続防止コネクタ導入 ご担当者様

独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院

病院長 吉野 公博

医療安全管理室長 影山 淳一

誤接続防止コネクタの導入に関するご案内

拝啓 貴施設におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、この度当院では、厚生労働省発出の「相互接続防止コネクタに係る国際規格の導入について」を受け、経腸栄養分野と神経麻酔分野において誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。特に、経腸栄養分野につきましては、連携施設間での混乱を避けるため、当院での導入状況について貴施設と情報共有したく存じます。

つきましては、別添のパンフレットをもちまして、貴施設への周知用資料としてご提供させていただきますので、内容をご確認下さいますようお願い致します。

なお、ご不明な点がございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡下さい。

ご多用のところ恐縮ではございますが、円滑な施設間連携を図るため、何卒ご協力の程宜しくお願い致します。

お問い合わせ先：香川労災病院 医療安全管理室

【担当】医療安全管理室 乃一

【電話】0877-23-3111

【メール】anzen@kagawah.johas.go.jp

敬具

連携施設様向け 誤接続防止コネクタ導入のご案内

厚生労働省通知を受け、誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。特に経腸栄養分野については、円滑な施設間連携を図るため、本紙をもって情報提供させていただきます。

当院の製品切替え予定


入院患者は 2月15日(月) に一斉に製品を切替えます。

今後の対応

切替え日以降に当院から転出する患者さんは、右図の「新規格オス」タイプのコネクタ製品を使用します。

このタイプの製品に接続するためには、

- ① 「新規格メス」の製品を直接接続する。
- ② 「変換コネクタ typeA」を介して、既存規格オスの製品と接続する。



特に、「変換コネクタ typeA」がないと、既存規格オスの製品とは接続できません。

※新規格品の供給都合上、一部製品は既存規格を使用して転出する場合がございます。

連携施設様へのお願い

2月15日(月)以降については、貴施設におかれましても変換コネクタのご準備もしくは新規格製品への切替えをお願いします。

お問い合わせ先

独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 医療安全管理室

Tel : 0877-23-3111

Mail : anzen@kagawah.johas.go.jp

※可能な限りメールでのお問い合わせをお願い致します。